



क्रम सं / SL. NO. : 11715

ब्रिट / भापअके वाशी कॉम्प्लेक्स  
BRIT / BARC Vashi complex  
सेक्टर 20, वाशी, नवी मुंबई - 400703 (भारत)  
Sector 20, Vashi, Navi Mumbai - 400703 (India)  
दूरध्वनि / Tel. 022-27887410, 27887411  
फैक्स / Fax 022-27840028  
वेबसाइट / Website: www.britatom.gov.in

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग / DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड / BOARD OF RADIATION AND ISOTOPE TECHNOLOGY

विकिरण संसाधन संयंत्र, वाशी / RADIATION PROCESSING PLANT, VASHI

EU Approval Reference No. EU-AIF 09-2010 ISO-9001:2008 ISO-22000:2005; ISO-13485:2016 Certified Facility

## गामा विकिरण संसाधन का प्रमाणपत्र CERTIFICATE OF GAMMA RADIATION PROCESSING

आर पी पी (RPP) / सी (C)- 377 / पी एन आई (PNI) / 2237/18-19 दिनांक / Date: 16/04/2019

ग्राहक / Customer :  
ACT SENSORS PRIVATE LIMITED  
ROOM 1, PLOT NO. 543,  
SHIV MANDIR ROAD, KHER SECTION  
AMBERNATH (E)  
MUMBAI - 421501

उत्पाद का विवरण Product Description	मात्रा* Quantity*	बैच / लॉट क्र.* Batch / Lot Number*
NT-MR-24 15-2554 MAKE : NEWTEK SENSOR, USA S/N: 1559	0.5	
NT-MR-24 23-2552 MAKE : NEWTEK SENSOR, USA S/N: 1560	0.5	
NT-MR-11 2.5-2553 MAKE : NEWTEK SENSOR, USA S/N: 1558	0.5	

मानक युनिटों की संख्या / Number of standard units : 3 बक्से (Boxes) / बैग (Bags)

विकिरण संसाधन पूर्ण होने की तिथि / Date of completion of radiation processing : 09/04/2019

क्रम सं. से तक के मानक युनिटों में उपरोक्त उत्पादों को गामा विकिरण की किलो ग्रे की औसत मात्रा से / 25 किलो ग्रे की न्यूनतम मात्रा से विकिरण संसाधित किया गया है।

The above mentioned products in standard units bearing Serial No. 372469/18-19 to 372471/18-19

have been radiation processed with gamma radiation to an average dose of 50 Kilo Gray / a minimum dose of 25 Kilo Gray M. RAD

फैसिलिटी प्रभारी / Facility in- Charge  
गामा विकिरण संसाधन संयंत्र, वाशी / Radiation Processing Plant, Vashi

\* यह जानकारी ग्राहक के आदेश फॉर्म के अनुसार है।

\* This Information is as in the customer's order form.